

Code No. 16-2907

## 製品規格書

3種有機ふっ素化合物混合標準液 (PFHxS,PFOS,PFOA 各 $2\mu\text{g}/\text{mL}$  メタノール溶液)

水質試験用

| 試験項目                             | 規格値                               |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 外観                               | 無色透明の液体                           |
| 実用試験                             | 試験適合                              |
| ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)           | 1.97~2.03 $\mu\text{g}/\text{mL}$ |
| ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)(直鎖体)<br>) | 1.97~2.03 $\mu\text{g}/\text{mL}$ |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)       | 1.97~2.03 $\mu\text{g}/\text{mL}$ |

本製品中の各PFAS成分の濃度は酸としての濃度です。