

Code No. 16-2985

製品規格書

7種有機ふっ素化合物混合内部標準液 (PFBS-13C4, PFBA-13C4, PFPeA-13C5, PFHxA-13C6, PFHpA-13C7, PFNA-13C6, GenX-13C3 各 $2\mu\text{g}/\text{mL}$ メタノール溶液)

水質試験用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
実用試験	試験適合
ペルフルオロブタン酸-13C4(PFBA-13C4)(直鎖体)	1.97~2.03 $\mu\text{g}/\text{mL}$
ペルフルオロペンタン酸-13C5(PFPeA-13C5)(直鎖体)	1.97~2.03 $\mu\text{g}/\text{mL}$
ペルフルオロヘキサン酸-13C6(PFHxA-13C6)(直鎖体)	1.97~2.03 $\mu\text{g}/\text{mL}$
ペルフルオロブタンスルホン酸-13C4(PFBS-13C4)(直鎖体)	1.97~2.03 $\mu\text{g}/\text{mL}$
ペルフルオロ(2-メチル-3-オキサヘキサン)酸-13C3(GenX-13C3)(直鎖体)	1.97~2.03 $\mu\text{g}/\text{mL}$
ペルフルオロヘプタン酸-13C7(PFHpA-13C7)(直鎖体)	1.97~2.03 $\mu\text{g}/\text{mL}$
ペルフルオロノナン酸-13C6(PFNA-13C6)(直鎖体)	1.97~2.03 $\mu\text{g}/\text{mL}$