

Code No. 18-0133

製品規格書

パルミチン酸レチノール標準液

高速液体クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	うすい黄色～赤黄色、液体
含量(ビタミンAとして)	190000～240000IU/g
含量(HPLC)	実績値集積のうえ、規格化する