

Code No. 18-0189

製品規格書

RNAスタビライザー, RNase不可逆的不活化試薬

遺伝子研究用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
吸収極大波長	試験適合
吸光度(300nm)	1.05~1.25
吸光度(350nm)	0.05未満