

Code No. 18-0208

製品規格書

塩化ルビジウム

分子生物学用

試験項目	規格値
外観	白色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
吸収スペクトル(220～300nm)	試験適合
吸光度(200g/l, 260nm)	0.02以下
重金属(Pbとして)	5ppm以下
ナトリウム(Na)	0.001%以下
カリウム(K)	1.0%以下
セシウム(Cs)	0.5%以下
マグネシウム(Mg)	5ppm以下
カルシウム(Ca)	0.001%以下
ひ素(As)	0.5ppm以下
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合
含量	99.0%以上