

Code No. 18-0299

## 製品規格書

rBC2LCN-FITC

細胞染色用

試験項目	規格値
外観	黄色の液体
標識率	1.0以上
無菌試験	試験適合
濃度	0.08~0.12mg/ml
性能試験	試験適合