

Code No. 18-0321

製品規格書

rBC2LCN-547

細胞染色用

試 験 項 目	規 格 値
外観	試験適合
標識率	1.0以上
無菌試験	試験適合
濃度	0.08～0.12mg/mL
性能試験	試験適合