

Code No. 18-0342

## 製品規格書

### ロジウム標準液 (Rh 1000)

原子吸光分析用

| 試験項目                   | 規格値            |
|------------------------|----------------|
| 外観                     | 黄色澄明の液体        |
| 酸濃度(HNO <sub>3</sub> ) | 1.8~2.2mol/L   |
| 濃度(20℃)                | 0.99~1.01mg/mL |