

Code No. 18-0343

製品規格書

ルテニウム標準液 (Ru 1000)

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	暗褐色の液体
濃度(20℃)	990~1010mg/L
不純物元素	試験適合