

Code No. 18-0347

## 製品規格書

### ロジウム標準液 (Rh 1000)

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	赤色透明の液体
酸濃度(HClとして)	4~6w/w%
濃度(20°C)	990~1010mg/L
不純物元素	試験適合