

Code No. 18-0351

製品規格書

rBC2LCN-FITC, AF

細胞染色用

試 験 項 目	規 格 値
外観	黄色の液体
標識率	1.0以上
エンドトキシン	実績値集積のうえ、規格化する
無菌試験	試験適合
濃度	0.08～0.12mg/mL
性能試験	試験適合