

Code No. 19-0031

## 製品規格書

### スダンIII

和光一級

試験項目	規格値
外観	暗赤褐色の粉末
クロロホルム溶状	試験適合
吸収極大波長	507~514nm
吸光度(5mg/l, $\lambda$ max)	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(105°C)	3.0%以下