

Code No. 19-0061

製品規格書

二酸化けい素n水和物

試験項目	規格値
外観	白色の粉末
強熱減量	40.0～70.0%
pH(50g/L水浸液, 25°C)	5.0～7.0