

Code No. 19-0078

製品規格書

シアノ化銀

和光特級

試験項目	規格値
外観	白色、小粒～粉末
硝酸塩	試験適合(NO ₃ :約0.01%以下)
銅(Cu)	0.001%以下
鉛(Pb)	0.005%以下
鉄(Fe)	0.004%以下
含量	99.0%以上