

Code No. 19-0131

製品規格書

炭酸水素ナトリウム

和光一級

試験項目	規格値
外観	白色の結晶性粉末
水溶状	試験適合
塩化物(Cl)	0.02%以下
硫酸塩(SO ₄)	0.01%以下
窒素化合物(Nとして)	0.005%以下
カリウム(K)	0.05%以下
銅(Cu)	0.003%以下
鉛(Pb)	0.003%以下
鉄(Fe)	0.003%以下
含量	99.0%以上