

Code No. 19-0150

製品規格書

臭化ナトリウム

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色の結晶性粉末
純度(NaBr)(乾燥後)	質量分率99.5%以上
水溶状	試験適合
乾燥減量(105°C)	質量分率1.0%以下
pH(50g/l, 25°C)	5.0~8.0
臭素酸塩	試験適合
塩化物(Cl)	質量分率0.2%以下
よう化物	試験適合
硫酸塩(SO4)	質量分率0.005%以下
重金属(Pbとして)	質量分率5ppm以下
カリウム(K)	質量分率0.05%以下
マグネシウム(Mg)	質量分率0.001%以下
カルシウム(Ca)	質量分率0.001%以下
バリウム(Ba)	質量分率0.002%以下
鉄(Fe)	質量分率3ppm以下
窒素化合物(Nとして)	質量分率0.001%以下
過マンガン酸還元性物質(Oとして)	質量分率2ppm以下

JIS K 8514:2011
(*:当社追加項目)