

Code No. 19-0158

製品規格書

炭酸ナトリウム

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色、粉末又は顆粒
純度(Na ₂ CO ₃)(強熱後)	質量分率99.8%以上
水溶状	試験適合
強熱減量(600°C)	質量分率1.0%以下
塩化物(Cl)	質量分率0.002%以下
りん酸塩(PO ₄)	質量分率0.002%以下
けい酸塩(SiO ₂ として)	質量分率0.005%以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.003%以下
窒素化合物(Nとして)	質量分率0.001%以下
カリウム(K)	質量分率0.01%以下
銅(Cu)	質量分率2ppm以下
マグネシウム(Mg)	質量分率0.002%以下
カルシウム(Ca)	質量分率0.005%以下
亜鉛(Zn)	質量分率2ppm以下
アルミニウム(Al)	質量分率0.001%以下
鉛(Pb)	質量分率2ppm以下
鉄(Fe)	質量分率5ppm以下

JIS K 8625:2017
(*:当社追加項目)