

Code No. 19-0164

製品規格書

塩素酸ナトリウム

和光一級

試験項目	規格値
外観	白色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
塩化物(Cl)	0.01%以下
臭素酸塩(BrO ₃)	0.05%以下
硫酸塩(SO ₄)	0.006%以下
窒素化合物(Nとして)	0.002%以下
重金属(Pbとして)	0.003%以下
マグネシウム(Mg)	0.006%以下
カルシウム(Ca)	0.006%以下
ひ素(As)	2ppm以下
鉄(Fe)	0.002%以下
含量(乾燥後)	98.0%以上