

Code No. 19-0199

製品規格書

ぎ酸ナトリウム

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶～結晶性粉末
純度(HCOONa)	質量分率98.0%以上
水溶状	試験適合
pH(50g/l, 25℃)	7.0～8.5
塩化物(Cl)	質量分率0.001%以下
りん酸塩(PO4)	質量分率0.001%以下
硫酸塩(SO4)	質量分率0.001%以下
マグネシウム(Mg)	質量分率0.001%以下
カルシウム(Ca)	質量分率0.001%以下
鉛(Pb)	質量分率5ppm以下
鉄(Fe)	質量分率5ppm以下

JIS K 8267-2014
(*:当社追加項目)