

Code No. 19-0240

製品規格書

過よう素酸ナトリウム

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶～結晶性粉末
純度(NaIO ₄)	質量分率99.5%以上
水溶状	試験適合
pH(50g/l, 25°C)	3.5～4.5
塩素化合物及び臭素化合物(Clとして)	質量分率0.01%以下
よう化物(I)	質量分率0.001%以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.005%以下
窒素化合物(Nとして)	質量分率0.01%以下
重金属(Pbとして)	質量分率0.002%以下
カリウム(K)	質量分率0.005%以下
マンガン(Mn)	質量分率1ppm以下
鉄(Fe)	質量分率0.001%以下

JIS K 8256:2011 (*:当社追加項目)