

Code No. 19-0248

## 製品規格書

### モリブデン(VI)酸二ナトリウム二水和物

和光一級

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色、結晶～粉末
水溶状	試験適合
pH(50g/l, 25℃)	6.0～10.0
塩化物(Cl)	0.02%以下
硝酸塩	試験適合(NO3:約0.005%以下)
りん酸塩(PO4)	0.001%以下
硫酸塩(SO4)	0.02%以下
鉛(Pb)	0.002%以下
鉄(Fe)	0.004%以下
アンモニウム(NH4)	0.02%以下
含量	98.5%以上