

Code No. 19-0265

製品規格書

しゅう酸ナトリウム

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶性粉末～粉末
純度(Na ₂ C ₂ O ₄)	質量分率99.5%以上
水溶状	試験適合
pH(30g/L, 25°C)	6.5～8.5
塩化物(Cl)	質量分率0.001%以下
硝酸塩	試験適合(質量分率約0.003%以下)
りん酸塩(PO ₄)	質量分率5ppm以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.002%以下
カリウム(K)	質量分率0.01%以下
銅(Cu)	質量分率2ppm以下
マグネシウム(Mg)	質量分率0.001%以下
カルシウム(Ca)	質量分率0.001%以下
鉛(Pb)	質量分率3ppm以下
鉄(Fe)	質量分率0.001%以下
アンモニウム(NH ₄)	質量分率0.001%以下
硫酸着色物質	試験適合

JIS K 8528:2015 (*:当社追加項目)