

Code No. 19-0281

製品規格書

りん酸二水素ナトリウム二水和物

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶～結晶性粉末
純度($\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	質量分率99.0～102.0%
水溶状	試験適合
pH(50g/l, 25°C)	4.1～4.5
塩化物(Cl)	質量分率0.001%以下
硝酸塩	試験適合
硫酸塩(SO_4)	質量分率0.005%以下
重金属(Pbとして)	質量分率0.001%以下
カルシウム(Ca)	質量分率0.02%以下
ひ素(As)	質量分率1ppm以下
鉄(Fe)	質量分率0.001%以下
アンモニウム(NH_4)	質量分率0.002%以下

JIS K 9009:2012
(*:当社追加項目)