

Code No. 19-0283

製品規格書

りん酸水素二ナトリウム・12水

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色の結晶
純度(Na ₂ HPO ₄ · 12H ₂ O)	質量分率99.0%以上
水溶状	試験適合
pH(50g/L, 25°C)	9.0~9.4
塩化物(Cl)	質量分率0.001%以下
硝酸塩	試験適合
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.005%以下
カリウム(K)	質量分率0.01%以下
鉛(Pb)	質量分率5ppm以下
砒素(As)	質量分率1ppm以下
鉄(Fe)	質量分率5ppm以下
アンモニウム(NH ₄)	質量分率0.001%以下

JIS K 9019:2021(*:当社追加項目)