

Code No. 19-0283

## 製品規格書

### りん酸水素二ナトリウム・12水

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色の結晶
純度( $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ )	質量分率99.0%以上
水溶状	試験適合
pH(50g/L, 25°C)	9.0~9.4
塩化物(Cl)	質量分率0.001%以下
硝酸塩	試験適合
硫酸塩( $\text{SO}_4$ )	質量分率0.005%以下
重金属(Pbとして)	質量分率5ppm以下
カリウム(K)	質量分率0.01%以下
ひ素(As)	質量分率1ppm以下
鉄(Fe)	質量分率5ppm以下
アンモニウム( $\text{NH}_4$ )	質量分率0.001%以下

JIS K 9019:2016(\*:当社追加項目)