

Code No. 19-0319

製品規格書

亜セレン酸ナトリウム

和光一級

試験項目	規格値
外観	白色、結晶性粉末～粉末
水溶状	試験適合
塩化物(Cl)	0.01%以下
硝酸塩	試験適合(NO ₃ :約0.03%以下)
炭酸塩	試験適合
セレン酸塩及び硫酸塩 含量	試験適合(SeO ₄ として約1.5%以下又はSO ₄ として約0.3%以下) 90.0%以上