

Code No. 19-0355

## 製品規格書

### メルカプト酢酸ナトリウム

和光特級

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい黄色、結晶～粉末又は塊
水溶状	試験適合
鋭敏度	試験適合
含量	90.0%以上