

Code No. 19-0359

製品規格書

チオ硫酸ナトリウム五水和物

和光一級

試験項目	規格値
外観	白色の結晶
水溶状	試験適合
pH(50g/l, 25°C)	6.0~8.4
塩化物(Cl)	0.005%以下
硫酸塩及び亜硫酸塩(SO ₄ として)	0.2%以下
硫化物(S)	0.001%以下
鉄(Fe)	0.001%以下
含量	99.0%以上