

Code No. 19-0467

# 製品規格書

## 硫酸

精密分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
塩化物(Cl)	0.1ppm以下
硝酸塩(NO <sub>3</sub> )	0.09ppm以下
銅(Cu)	0.003ppm以下
亜鉛(Zn)	0.01ppm以下
カドミウム(Cd)	0.005ppm以下
水銀(Hg)	0.0002ppm以下
鉛(Pb)	0.003ppm以下
砒素(As)	0.01ppm以下
セレン(Se)	0.1ppm以下
クロム(Cr)	0.003ppm以下
鉄(Fe)	0.04ppm以下
ニッケル(Ni)	0.01ppm以下
アンモニウム(NH <sub>4</sub> )	1ppm以下
ニクロム酸還元性物質	試験適合
過マンガン酸還元性物質(SO <sub>2</sub> として)	3ppm以下
トリプトファン陽性物質	試験適合
フェノール陽性物質	試験適合
含量	96.0～98.0%