

Code No. 19-0469

# 製品規格書

## 硫酸

### 試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色澄明の液体
純度(H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	質量分率95.0%以上
強熱残分(硫酸塩)	質量分率5ppm以下
塩化物(Cl)	質量分率0.2ppm以下
硝酸塩	試験適合
銅(Cu)	質量分率0.1ppm以下
鉛(Pb)	質量分率0.1ppm以下
砒素(As)	質量分率0.02ppm以下
セレン(Se)	質量分率0.5ppm以下
鉄(Fe)	質量分率0.5ppm以下
アンモニウム(NH <sub>4</sub> )	質量分率1ppm以下
過マンガン酸還元性物質	試験適合

JIS K 8951:2006  
(\*:当社追加項目)