

Code No. 19-0471

# 製品規格書

## 発煙硫酸

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	試験適合
濃度(遊離SO <sub>3</sub> )	質量分率60.0~65.0%
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.002%以下
塩化物(Cl)	質量分率2ppm以下
硝酸塩	試験適合
重金属(Pbとして)	質量分率3ppm以下
砒素(As)	質量分率0.1ppm以下
セレン(Se)	質量分率5ppm以下
鉄(Fe)	質量分率4ppm以下
過マンガン酸還元性物質	試験適合

JIS K 8741:2018 (\*:当社追加項目)  
本品の濃度は約60%である