

Code No. 19-0520

## 製品規格書

### 0.01mol/L 水酸化ナトリウム溶液

容量分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
ファクター(20°C)(指示薬法)	1.0