

Code No. 19-0572

## 製品規格書

### りん酸水素二ナトリウム

pH標準液用

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶～結晶性粉末
純度(Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> )(110℃乾燥後)	質量分率99.5%以上
水溶状	試験適合
乾燥減量(110℃)	質量分率0.5%以下
塩化物(Cl)	質量分率0.002%以下
硝酸塩	試験適合
縮合りん酸塩	試験適合
硫酸塩(SO <sub>4</sub> )	質量分率0.005%以下
重金属(Pbとして)	質量分率0.002%以下
カリウム(K)	質量分率0.04%以下
カルシウム(Ca)	質量分率0.03%以下
ひ素(As)	質量分率1ppm以下
鉄(Fe)	質量分率0.002%以下
アンモニウム(NH <sub>4</sub> )	質量分率0.001%以下

JIS K 9020:2012  
(\*:当社追加項目)