

Code No. 19-0716

製品規格書

pH2.2 くえん酸ナトリウム緩衝液

アミノ酸自動分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
pH(25°C)	2.17~2.23
Cl濃度(Cl ⁻)	0.167~0.207mol/l
Na濃度(Na ⁺)	0.19~0.21mol/l
2,2'-チオジエタノール	1.8~2.2vol%
ニンヒドリン陽性物質	試験適合