

Code No. 19-0719

製品規格書

pH5.28 くえん酸ナトリウム緩衝液(10倍濃縮液)

アミノ酸自動分析用

試験項目	規格値
* 外観	無色澄明の液体
* pH(25°C)	5.24~5.32
Cl濃度(Cl ⁻)	0.942~0.982mol/l
Na濃度(Na ⁺)	3.4~3.6mol/l
* ニンヒドリン陽性物質	試験適合

*:10倍に希釈した時の規格値