

Code No. 19-0736

製品規格書

塩化ストロンチウム六水和物

原子吸光分析用

試験項目	規格値
外観	白色、結晶～結晶性粉末
水溶性	試験適合
銅(Cu)	0.5 ppm以下
マグネシウム(Mg)	0.2 ppm以下
カルシウム(Ca)	3 ppm以下
亜鉛(Zn)	0.2 ppm以下
鉛(Pb)	1 ppm以下
鉄(Fe)	2 ppm以下
含量	99.0%以上