

Code No. 19-0749

製品規格書

りん酸水素二ナトリウム・12水(オキシダント測定用)

オキシダント測定用

試験項目	規格値
* 外観	白色の結晶
純度	99.0~100.5%
水溶状	試験適合
pH(50g/L, 25°C)	9.0~9.4
窒素化合物(Nとして)	0.001%以下
重金属(Pbとして)	5ppm以下
オキシダント測定適合性	試験適合

JIS K 8828:2004
(*:当社追加項目)