

Code No. 19-0797

製品規格書

スコラミン臭化水素酸塩n水和物

和光一級

試験項目	規格値
外観	白色～ほとんど白色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
比旋光度[α]D20(c=5,H2O)(乾燥後)	-24.0～-27.0°
乾燥減量(105°C)	13.0%以下
強熱残分(硫酸塩)	0.1%以下
含量(HPLC)	98.5%以上