

Code No. 19-0822

製品規格書

マレイン酸二ナトリウム

和光一級

試験項目	規格値
外観	白色、結晶性粉末～粉末
水溶性	試験適合
水分	2.0%以下
pH(50g/l, 25°C)	7.0～9.0
含量	97.0%以上