

Code No. 19-0862

製品規格書

水酸化ナトリウム(窒素測定用)

窒素測定用

試 験 項 目	規 格 値
* 外観	白色の粒状
純度	96.0%以上
水溶状	試験適合
塩化物(Cl)	0.002%以下
窒素化合物(Nとして)	5ppm以下
鉄(Fe)	5ppm以下

JIS K 8826:2006
(*:当社追加項目)