Code No. 19-0875

製品規格書

スカンジウム標準液(100ppm)

原子吸光分析用

試　験　項　目	規　格　値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HNO3)	0.9～1.1mol/l
濃度(20℃)	0.095～0.105mg/ml

改訂日: 2016.04.22