

Code No. 19-0957

製品規格書

8mol/L 水酸化ナトリウム溶液

容量分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
ファクター(20°C)(指示薬法)	0.990~1.009