

Code No. 19-0967

製品規格書

6mol/lチオシアノ酸ナトリウム溶液

生化学用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
塩化物(Cl)	0.005%以下
硫酸塩(SO4)	0.003%以下
銅(Cu)	1ppm以下
水銀(Hg)	0.5ppm以下
鉛(Pb)	1ppm以下
鉄(Fe)	1ppm以下
アンモニウム(NH4)	0.003%以下
よう素消費物質(Sとして)	0.004%以下
ろ過試験	試験適合
濃度(20°C)	5.8~6.2mol/l