

Code No. 19-1053

製品規格書

ソーダ石灰

二酸化炭素吸収用:2号

試験項目	規格値
* 外観	白色～わずかにうすい褐色、粒状
乾燥減量(105°C)	質量分率12～19%
二酸化炭素吸収量	質量分率20%以上

JIS K 8603:2011(*:当社追加項目)