

Code No. 19-1075

製品規格書

スチレン標準液(1 $\mu\text{g}/\mu\text{l}$ ペンタン溶液)

悪臭物質試験(GC)用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
実用試験	試験適合
濃度	0.97~1.03 $\mu\text{g}/\mu\text{l}$