

Code No. 19-1100

製品規格書

亜硫酸水

和光特級

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
強熱残分(硫酸塩)	0.002%以下
塩化物(Cl)	5ppm以下
重金属(Pbとして)	2ppm以下
ひ素(As)	0.5ppm以下
鉄(Fe)	2ppm以下
濃度(SO ₂ として)	5.0%以上