

Code No. 19-1208

## 製品規格書

### ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム

抗菌抗かび研究用

試験項目	規格値
外観	試験適合
水溶状	試験適合
pH(10g/l, 25°C)	6.0~7.0
含量	95.0%以上