

Code No. 19-1219

## 製品規格書

### フマル酸ステアリルナトリウム

和光特級

試験項目	規格値
外観	白色～ほとんど白色、結晶性粉末～粉末
クロロホルム-酢酸溶状	試験適合
水分	5.0%以下
薄層クロマトグラフィー試験	試験適合
含量(脱水物換算)	98.0～102.0%