

Code No. 19-1256

製品規格書

0.5mol/L 亜硝酸ナトリウム溶液

容量分析用

試験項目	規格値
外観 ファクター(20°C)	無色～ほとんど無色、澄明の液体 0.95～1.04