

Code No. 19-1257

製品規格書

0.25mol/L しゅう酸ナトリウム溶液

容量分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
ファクター(20°C)	0.990~1.009